

**PRILOG III.B – Grupa 2 –
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Predmet nabave: Nabava uređaja, alata, zaštite i strojeva - 1. faza

Grupa 2: Nabava multimetra

NAPOMENE: Molimo obratiti pažnju na upute za popunjavanje tehničke specifikacije iz točke 2.3 Dokumentacije.

Tehnička specifikacija – Grupa 2: Nabava multimetra

Stavka	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije (DA/NE/JEDNA KOVRIJEDNO)	Napomene ponuditelja	Ocjena Naručitelja <i>Popunjava Naručitelj</i>
1.	Stolni multimeter visoke preciznosti Količina: 1 Napomena: kao Rigol DM3068 ili jednakovrijedan			
1.1.	Razlučivost: minimalno 6.5 znamenki			
1.2.	Mogućnost mjerenja istosmjernih i izmjeničnih napona i struja, otpora, kapaciteta, dioda, frekvencije i temperature			
1.3.	Mogućnost povezivanja: GPIB, USB, RS-232 i LXI-C			
1.4.	mogućnost softverske kontrole mjerenja (spajanje na PC)			
1.5.	Obavezna kompatibilnost sa SCPI setom komandi			
1.6.	Jamstvo: minimalno 12 mjeseci			
1.7.	Rok isporuke: 14 dana od dana sklapanja Ugovora o nabavi			

Stavka	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije (DA/NE/JEDNA KOVRIJEDNO)	Napomene ponuditelja	Ocjena Naručitelja <i>Popunjava Naručitelj</i>
2.	Prijenosni digitalni multimeter Količina: 3 Napomena: kao Brymen BM867S ili jednakovrijedan			
2.1.	Razlučivost: minimalno 5-4/5 znamenki (500000 counts)			
2.2.	Mogućnost mjerenja istosmjernih i izmjeničnih napona i struja, otpora, kapaciteta, dioda, frekvencije			
2.3.	Točnost: minimalno 0,03% + 2d pri mjerenju istosmjernog napona do 5 V			
2.4.	mogućnost True RMS AC i AC+DC mjerenja			
2.5.	Ekran: sa pozadinskim osvjetljenjem i dvostrukim prikazom			
2.6.	Mogućnost spajanja s računalom			
2.7.	mjerna kategorija: CAT IV			
2.8.	Jamstvo: minimalno 12 mjeseci			
2.9	Rok isporuke: 14 dana od dana sklapanja Ugovora o nabavi			

_____, __/__/2017

ZA PONUDITELJA

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)