

**PRILOG III.D – Grupa 4 –
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Predmet nabave: Nabava uređaja, alata, zaštite i strojeva - 1. faza

Grupa 4: Nabava Jednokanalnog izvora napajanja

NAPOMENE: Molimo obratiti pažnju na upute za popunjavanje tehničke specifikacije iz točke 2.3 Dokumentacije.

Tehnička specifikacija – Grupa 4: Nabava Jednokanalnog izvora napajanja

Stavka	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije (DA/NE/JEDNA KOVRIJEDNO)	Napomene ponuditelja	Ocjena Naručitelja <i>Popunjava Naručitelj</i>
1.	Jednokanalni izvora napajanja Količina: 2 Napomena: kao Axiomet AX-3003P ili jednakovrijedan			
1.1.	izlaz deklariran na raspon minimalno 0..30 V i minimalno 0..3 A			
1.2.	mogućnost digitalnog podešavanja napona i struje			
1.3.	stabilizacija napona: minimalno $\leq 0,01\% + 3\text{mV}$			
1.4.	šum izlaznog napona: minimalno $\leq 1\text{mVrms}$			
1.5.	Ekran: ekran sa mogućnošću istovremenog mjerenja napona i struje			
1.6.	Jamstvo: minimalno 12 mjeseci			
1.7.	Rok isporuke: 14 dana od dana sklapanja Ugovora o nabavi			

_____, __/__/2017

ZA PONUDITELJA

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)