

**PRILOG III.A – Grupa 1 –  
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**Predmet nabave:** Nabava uređaja, alata, zaštite i strojeva - 1. faza

**Grupa 1:** Nabava osnovnog osciloskopa za analizu signala

**NAPOMENE:** Molimo obratiti pažnju na upute za popunjavanje tehničke specifikacije iz točke 2.3 Dokumentacije.

**Tehnička specifikacija – Grupa 1: Nabava osnovnog osciloskopa za analizu signala**

Stavka	Tražene specifikacije	Ponudene specifikacije (DA/NE/JEDNA KOVRIJEDNO)	Napomene ponuditelja	Ocjena Naručitelja <i>Popunjava Naručitelj</i>
1.	<b>Osnovni osciloskop za analizu signala</b> <b>Količina: 1</b> <b>Napomena: kao Rigol DS1054Z ili jednakovrijedan</b>			
1.1.	Minimalno 4 analogna kanala, minimalno 50 MHz širina pojasa (bandwidth)			
1.2.	Brzina uzorkovanja: minimalno 1 GSa/s			
1.3.	Brzina pohranjivanja valnih oblika: do 30000 wfms/s			
1.4.	Dubina memorije: minimalno 12 Mpts			
1.5.	Ekran: 7", u boji rezolucije minimalno 800x480, sa višestrukom razinom intenziteta („persistence mode“).			
1.6.	Jamstvo: minimalno 12 mjeseci			
1.7.	Rok isporuke: 14 dana od dana sklapanja Ugovora o nabavi			

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2017

ZA PONUDITELJA

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)